



Број: 07-1999

Датум: 21.05.2018

**ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара Еталонирања прецизне опреме редни број ЈНМВ 9/2018 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2018. годину.**

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 19.05.2018. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 21.05.2018. године у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani,

imamo pitanje u vezi javne nabavke etaloniranje precizne opreme 9/2018.

za partiju 1 niste precizirali koje pipete su u pitanju...jednokanalne, osmokanalne ili dvanaestokanalne? To znatno menja cenu. Ako ima različitih, molim da navedete tačno koliko komada ima kojih pipeta.

Partija 5. stavke 1 i 3

Termometar digitalni i živin u sklopu merila. Šta to znači? Prvo da li oni mogu da se etaloniraju kod nas u laboratoriji ili mora da se dođe na licu mesta i izvrši etaloniranje? I da li onda to znači da stavka 1 kako ste naveli da ima 40 komada, u stvari ima 40x2 komada za etaloniranje ili je ipak ukupno 40 komada? Precizirajte u tenderskoj dokumentaciji koliko ima digitalnih a koliko staklenih i da li se rade na licu mesta ili ne, jer se cena menja shodno tome.

Stavka 4. Termometar, peć za žarenje...da li se taj termometar šalje kod nas u laboratoriju ili se dolazi na licu mesta?

S poštovanjem”

Поштовани,

**Достављамо следеће одговоре:**

Партија 1. Наручилац поседује аутоматске једноканалне пипете

Партија 5.

А) Сви термометри за које је наведено да су у склопу мерила неопходно је да буду еталонирани у просторијама наручиоца, јер термометре није могуће физички одвојити од апарата на којима врше мерења. Ставке 1 и 4 у партији 5.

Б) Ставка 1 има укупно 40 комада, 22 дигиталних и 18 живиних термометара и сви се налазе у склопу мерила те их је неопходно еталонирати у просторијама наручиоца. У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда

В) Ставка 3 има укупно 20 комада, 10 дигиталних и 10 живиних термометара и не налазе у склопу мерила те их понуђач може по својој могућности еталонирати у просторијама наручиоца или их може еталонирати у акредитованој лабораторији и

мерила са уверењима о еталонирању доставити назад на адресу наручиоца . У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда

Г) Ставка 4 Термометар, пећ за жарење. Термометар се налази у склопу пећи за жарење те га је неопходно еталонирати у просторијама наручиоца

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈНМВ 9/2018



Биљана Љубеновић