



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ- НИШ
Телефон 4226-448, 4226-384; Телефакс 4225-974; Пошт.фах 39

Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, Србија

Број: 07-5169

Датум: 21.12.2018. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење/ измена Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 4-2/2018 за потребе Института за јавно здравље Ниш.

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 20.12.2018. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 20.12.2018. године у 08:03 сати у коме се постављају следећи захтеви за појашњењима:

„Везано за конкурсну документацију у ЈН бр. 4-2/2018 - Потрошни медицински материјал и лабораторијско посуђе од пластике, молимо Вас за додатним појашњењем конкурсне документације везано за партије 4 - Петри шоља стерилна и 6 - Комплет за узимање бриса. Најпре, молим Вас да прецизирате која врста стерилизације је вама одговарајућа за стерилну робу, односно, конкретно Петријеву посуду у партији 4 с обзиром на то да постоји неколико врста стерилизације које су вие или мање поуздане и самим тим утичу на квалитет у раду са медицинским средством?

Даље, конкурсном документацијом није дефинисано кроз неку техничку спецификацију или слично коју врсту/модел комплета за узорковање брисева тражите. На тржишту постоје разне врсте и модели комплета за брис па је неопходно да на неки начин ближе одредите који модел је Вама одговарајући како понуђачи не би били у заблуди приликом формирања своје понуде (с обзиром на то да постоје комплети у епрувети, фиоли, са дрвеним штапићем, пластичним штапићем, затим са памучним намотајем, синтетичким намотајем, и сл.).“

Достављамо следеће одговоре:

За партију 4 - Петри шоља стерилна, прецизира се спецификација наведеног добра на следећи начин:

-Петри шоља стерилна, R 90 mm, пластична, за једнократну употребу, за потребе микробиологије, стерилна (стерилисана гама зрачењем).

За партију 6 - Комплет за узимање бриса,


прецизира се спецификација наведеног добра на следећи начин:

-Комплет за узимање бриса за једнократну употребу, за потребе микробиологије, стерилан (стрилисан гама зрачењем), сировински састав: полистирен, полиетилен, дрвени штапић, памучни намотај, пречник епрувете 16 mm.

У складу са наведеним мења се Конкурсна документација

Председник комисије за јавну набавку ЈН 4-2/2018

Биљана Љубеновић



Заменик председник комисије за јавну набавку ЈН 4-2/2018

Снежана Стојановић

