



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2847

Датум: 22.07.2019

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 12-1/2019 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2019. годину.

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 12-1/2019 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 19.07.2019. године у 17:43 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

Poštovani.

Molim Pojašnjenje na javnu nabavku br 12-1/2019.

U tenderskoj dokumentaciji u Partiji 1. Ste zahtevali.

Перфомансе:

Резолуција 0.008 nm на 165-285 nm или боље.

Da li ćete prihvatiti ponudu ukoliko Vam se ponudi uređaj koji ima rezoluciju 0.006 nm na 200 nm?

Molim Vas da u skladu sa zakonom o javnim nabavkama potvrdite prijem ovog email-a.

ОДГОВОР:

Партија 1.: Као што је и наведено у конкурсној документацији уређај мора имати резолуцију 0.008 nm на 165-285 nm или боље. Како је резолуција 0.006 nm на 200 nm боља, такав уређај је прихватљиво понудити.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 12-1/2019

Биљана Љубеновић

