



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-НИШ
Телефон 4226-448, 4226-384; Телефакс 4225-974; Пошт.фах 39
Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, Србија

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Бр. 07-2333

13.06. 2019 год.

НИШ, Булевар др Зорана Ђинђића 50

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈН 12-1/2019

Наручилац: *Институт за јавно здравље Ниш*
Адреса: *Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш*
Интернет страница: <http://www.izjz-nis.org.rs/>

У отвореном поступку јавне набавке добара 12-1/2019 Опрема за рад у лабораторији (партије 1-5) Наручилац је дана 10.6.2019. године примио два Захтева за додатним појашњењем конкурсне документације

I

Питања:

1. У Конкурсној документацији на страни 5 од 42, у делу "Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара...) Партија 1. у делу „Систем за генерисање плазме“ тражено је да стабилност излазне снаге буде 0,1% или боље.
Да ли је прихватљиво да стабилност излазне снаге буде $\pm 0,3\%$?

Одговор: Тражене техничке карактеристике представљају минималне захтеве, па се подразумева да ће бити прихваћене све понуде са бољим техничким карактеристикама.

2. У Конкурсној документацији на страни 6 од 42. у делу "Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара...) Партија 1. у делу „Оптички систем“, тражено је да опсег таласних дужина буде 165-770 nm или шири опсег.
Да ли је прихватљиво да опсег таласних дужина буде од 167-800 nm?

Одговор: Прихватљива је, наравно, понуда са ширим опсегом таласних дужина, као што је и наведено у Конкурсној документацији.

3. У Конкурсној документацији на страни 6 од 42. у делу "Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара...) Партија 1. у делу „Перформансе“, тражено је да резолуција буде 0,008 nm на 165-285 nm.
Да ли је прихватљив доказ да је резолуција $\leq 0,005$ nm на 200 nm?

Одговор: Као што је у Конкурсној документацији наведено, понуда са бољим карактеристикама, односно бољом резолуцијом, ће бити прихваћена.

II

Питања:

1. У тендерској документацији сте захтевали

Перформансе:

Резолуција 0.008 *nm* на 165-285 *nm* или боље.

Уређај који желимо да понудимо у потпуности испуњава све тражене карактеристике али му је резолуција у овом опсегу изражена као Резолуција за As на 193.696 *nm* је мања или једнака са 0.007 *nm*, Резолуција за Ni на 231.604 *nm* мања или једнака од 0.008 *nm*. Да ли ћете понуду прихватити уколико Вам доставимо овакав технички доказ резолуције?

Одговор: Као што је у Конкурсној документацији наведено, понуда са бољим карактеристикама, односно бољом резолуцијом, ће бити прихваћена.

2. Да ли је неопходно да аутосемплер има више од 100 радних места?

Одговор: Није неопходно да аутосемплер има више од 100 радних места.

3. Да ли је неопходно у склопу вентилационог система испоручити вентилатор за уклањање пара које су продукти испарање или је довољно испоручити само црево до вентилатора?

Одговор: Вентилатор је саставни део вентилационог система, па се подразумева испорука у склопу вентилационог система.

4. Да ли је у склопу потрошног материјала неопходно испоручити додатан инјектор и сет резервних црева за перисталтичку пумпу (црева за уношење узорака, за одношење отпада, за хидридни систем...) јер иста нису назначена у захтеву за додатни потрошни материјал у тендерској документацији?

Одговор: Додатни потрошни материјал који није наведен у техничкој спецификацији није неопходно испоручити, а прихватамо испоруку истог.

5. У тендерској документацији сте захтевали:

- списак сопствене сервисне мреже на територији РС за одржавање понуђене опреме или других овлашћених сервисних центара на територији РС у периоду трајања гарантног и постгарантног рока, са обавезом постојања овлашћеног сервиса на територији Републике Србије са којим понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи (уколико понуђач нема сопствену сервисну мрежу потребно је доставити копију уговора)

Да ли је неопходно да понуда или подизвођач имају запошљеног инжењера/сервисера који је прошао обуку произвођача опреме за понуђени модел

уређаја? Из реченице са којом се захтева овлашћени сервис не види се тачно овај податак.

Одговор: Није неопходно да понуђач или подизвођач имају запошљеног инжењера/сервисера који је прошао обуку произвођача опреме.

Председник Комисије:

Биљана Љубеновић

