

1900

## ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-310

Датум: 29.01.2020

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење девето Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 12-2/2019 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 12-2/2019 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 28.01.2020. године у 10:08 сати. У захтеву за појашњење се поставља следеће питање:

„Poštovani,

Molim Vas za pojašnjenje str. 13 konkursne dokumentacije, Partije 18. Ubodni digitalni termometar.

U konkursnoj dokumentaciji, u delu tehničkih karakteristika, je navedeno: preciznost  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , ili bolja.

Da li se može nuditi termometar preciznosti  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (u opsegu od  $-10$  do  $+99.9^{\circ}\text{C}$ ), a preciznosti  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $-30$  to  $-10^{\circ}\text{C}$ ).

Srdačan pozdrav,

“

### ОДГОВОР:

1. Партија 18. Убодни дигитални термометар:

Одговарајуће је понудити термометар прецизности  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (у опсегу од  $-10$  до  $+99.9^{\circ}\text{C}$ ), а прецизности  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $-30$  to  $-10^{\circ}\text{C}$ ) уколико има захтевани температурни опсег од  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $130^{\circ}\text{C}$  или бољи. Наведени термометар у већем опсегу има захтевану прецизност те га је одговарајуће понудити.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 12-2/2019  
Биљана Љубеновић

