



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-232

Датум: 27.01.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење седмо Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 12-2/2019 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 12-2/2019 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 24.01.2020. године у 11:18 сати. У захтеву за појашњење се постављају следећа питања:

„ Poštovani,

1. Da li je prihvatljivo ponuditi instrument sa sertifikatom laboratorije proizvođača o kvalitetu, ukoliko ne postoji akreditovana laboratorija za etaloniranje instrumenta za merenje rastvorenog kiseonika (partija 17) i ručnog fotometra za slobodni hlor (partija 19)?

Da li biste prihvatili dokument akreditovane laboratorije o ispitivanju instrumenata u skladu sa specifikacijom proizvođača?

Unapred hvala i srdačan pozdrav,

ОДГОВОРИ:

1. Партија 17. Преносни мерач раствореног кисеоника и температуре:
а) Прихватљиво је понудити апарат који поседује документ издат од стране акредитоване лабораторије о испитивању апарата у складу са спецификацијом произвођача. Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.
2. Партија 19 Ручни фотометар за слободни хлор:
а) Прихватљиво је понудити апарат који поседује документ издат од стране акредитоване лабораторије о испитивању апарата у складу са спецификацијом произвођача. Конкурсна документација ће у овом делу бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 12-2/2019
Биљана Љубеновић

