



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2646

Датум: 05.07.2019

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара Лабораторијског посуђа од стакла редни број ЈН 14/2019 за потребе Институт за јавно здравље Ниш за 2019-2020. годину, у отвореном поступку јавне набавке.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 03.07.2019. године у 15:40 сати, упућеног електронском поштом у коме се постављају следећа питања:

„Postovani,

PARTIJA 1

1. stavka 9 da li se moze dostaviti balon po Kjeldalu 300 ml bez slifa?
2. stavka 12 –standardno najmanja ispiralica po Dreschlu sa slifom 29/32 je od 100 ml, vi zahtevate i od 50 ml. Molim da navedete proizvođača ili katalogski broj
3. stavka 14 da li mislite na porcelansku zdjelu za ispravljanje? Da li treba da ima oblo ili ravno dno?

PARTIJA 2

4. stavka 6 –da li se moze ponuditi boca kapalica 120 ml?

PARTIJA 7

5. stavke 1-4 da li mislite na slif 29/32?

PARTIJA 10

6. stavka 8- da li se moze ponuditi epruveta durham 8x55 mm?

PARTIJA 16

7. stavke 1,2,3 da li se mogu ponuditi boce sa navojem, plavi cep borsilikatne, sa PP cepom otpornim do 140C?

PARTIJA 18

8. stavka 1 – da li mislite na obicne flase bez zapusaca/

Поштовани,

Достављамо следеће одговоре:

ПАРТИЈА 1

1. За ставку 9 прихватљиво је понудити балон по Кјелдалу 300 мл без шлифа, у овом делу ће конкурсна документација бити измењена
2. Ставка 12 ће бити уклоњена из конкурсне документације, у овом делу ће конкурсна документација бити измењена
3. За ставку 14 прихватљиво је понудити порцеланску шољу и са облим и са равним дном

ПАРТИЈА 2

4. За ставку 6 –прихватљиво је понудити боцу капалицу од 120 мл, у овом делу ће конкурсна документација бити измењена

ПАРТИЈА 7

5. За ставке 1-4 мисли се на шлиф 29/32, у овом делу ће конкурсна документација бити допуњена

ПАРТИЈА 10

6. За ставку 8- прихватљиво је понудити епрувета дурхам 8x55 мм, у овом делу ће конкурсна документација бити измењена

ПАРТИЈА 16

7. За ставке 1,2,3 прихватљиво је понудити боце са навојем, плави чеп борсиликатне, са ПП чепом отпорним до 140°C, у овом делу ће конкурсна документација бити измењена

ПАРТИЈА 18

8. За ставку 1 – прихватљиво је понудити обичне флаше без запушача

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈН 14/2019



Биљана Љубеновић, дипл. хем.