



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2370

Датум: 20.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 6. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 16.07.2020. године у 11:58 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

Predmet :Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za JN broj 9/2020 ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - OPREME ZA RAD U LABORATORIJI (PARTIJE 1-9)

Molimo Vas da nam u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije, dostavite odgovore na sledeća pitanja :

1. Partija 1- Laboratorijski digestori , pozicije 2 i 3:
Zahtev KD: pločasti materijal u skladu sa FSC standardom
Da li ste pod ovim podrazumevali da podpultni element bude u skladu sa FSC standardom?

2. Partija 1- Laboratorijski digestori, poz 1, 2 i 3:
Zahtev KD: Demontaža i odlaganje digestora i ventilatora u skladu sa Zakonom
Molimo Vas za pojašnjenje?

ОДГОВОРИ:

1. Партија 1- Лабораторијски дигестори , позиције 2 и 3: Подпултни корпус мора бити израђен од плочастих материјала који су у складу са „FSC“ стандардом

2. Партија 1- Лабораторијски дигестори, позиција 1, 2 и 3: Захтев наручиоца је да се понудом за партију 1. Лабораторијски дигестори на све три позиције обухвати и демонтажа и одлагање постојећих дигестора и вентилатора у складу са Законом о управљању отпадом. Како дигестори и вентилатори садрже електронске/електричне компоненте, неопходно их је уклонити и одложити у складу са важећим законским прописима.

Председник комисије за јавну набавку ЈН 9/2020
Биљана Љубеновић



члан комисије за јавну набавку ЈН 9/2020
Марко Стојановић