



Број: 07-2563

Датум: 03.08.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 15. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 31.07.2020. године у 14:10 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈН бр. 9/2020 ОПРЕМЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ

ПАРТИЈА 1

1. Да ли је могуће понудити подпултне ормаре са вентилационим одводом који је повезан са дигетсором?
2. Да ли је могуће понудити дигестор чији се control panel налази бочно?
3. Да ли је могуће понудити подпултни корпус који од неког другог материјала на пр. од метала?
4. Да ли је могуће понудити фиксни подпултни елемент са двоје врата?
5. Ставке 1 и 2 –Да ли подпултни корпуси морају да имају број врата који сте назначили у тендерској документацији? Или је могуће одступање од траженог броја врата? С обзиром да само мало број произвођача има ормаре са бројем врата које сте навели у документацији и самим тим долази до фаворизације једног произвођача и смањује се број понуђача који може да очествује у јавној набавци.
6. Да ли је могуће понудити одељак за киселине без полипропиленске кадице, само са полицама? Да ли је могуће понудити ормарић који нема закључавање?

Захваљујемо,

Срдачан поздрав,

ОДГОВОРИ:

Одговор 1. За партију 1. Добро под редним бројем 1 - Неопходно је да подпултни сигурносни ормар има сопствени вентилатор захтеваних карактеристика. Техничком спецификацијом није дефинисано на који ће вентилациони одвод бити повезан. За добра под редним бројем 2 и 3 из партије 1. Техничком спецификацијом није дефинисана вентилација подпултних корпуса.

Одговор 2. Конкурсном документацијом је предвиђено да се контролни панел 3x230V, прекидач за светилку и вентилатор, команда славине за воду налази испод

радне плоче, страна није прецизирана тако да је прихватљиво да се контролни панел налази и бочно

Одговор 3. Подпултни корпус може осим од иверице бити израђен у истим димензијама и од полипропилена или пластифицираног метала. Односи се на добра на позицији 2 и 3 из партије 1.

Одговор 4. За партију 1. Добро под редним бројем 1 - Прихватљиво је понудити подпултни сигурносни орман са минимум три одељка (одељак за киселине 1 и 2 и додатни одељак). Сваки од одељака мора да има минимум једна врата са закључавањем. Уколико се сваки од одељака не закључава посебно, подпултни сигурносни орман мора имати спољна врата која се закључавају

У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.

Одговор 5. У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.

Одговор 6. Није одговарајуће понудити полице у одељцима за киселине без полипропиленске кадице. Кадице служе да спрече изливање киселина из сигурносног ормара.

Није одговарајуће понудити ормарић без закључавања. Закључавање мора бити у складу са описом из конкурсне документације која ће бити измењена и допуњена. Биће продужен рок за подношење понуда у складу са ЗЈН.

председник комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Биљана Љубеновић

