



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански факс 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2297

Датум: 10.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 10.07.2020. године у 10:34 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„Postovani,

Dostavljamo Vam pitanja sa dodatnim informacijama za JN br. 9/2020:

Partija 7: Laboratorijski inkubator

- Da li je prihvatljivo ponuditi inkubator sa RS232 portom za prenos podataka?

Partija 8: Laboratorijski sterilizator

- Da li je prihvatljivo ponuditi sterilizator sa opsegom temperature od ambijentalne +10°C do 250°C?

Hvala unapred

Srdacan pozdrav

ОДГОВОРИ:

1. За партију 7 Лабораторијски инкубатор прихватљиво је понудити инкубатор са “RS232” портом за пренос података али је онда неопходно уз апарат испоручити адаптер или кабл “RS232 to USB”
2. За партију 8 Лабораторијски стерилизатор биће прихватљиво понудити стерилизатор са опсегом температуре од амбијенталне +10°C до 250°C. У овом делу ће конкурсна документација бити измењена

Заменик члана комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Владан Савић

