



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07 - 2494

Датум: 30.07.2020

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације 14. за јавну набавку у отвореном поступку добара -Опreme за рад у лабораторијама- редни број ЈН 9/2020 за потребе Института за јавно здравље Ниш

Захтев за појашњење Конкурсне документације за ЈН 9/2020 заинтересованог лица наручилац је примио електронском поштом, дана 29.07.2020. године у 14:54 сати. У захтеву за појашњење се наводи:

„Поштовани,

У наставку су питање у вези ЈН бр. 9/2020 ОПРЕМЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ (партије 1-9)

У конкурсној документацији стоји:

Понуђени вентилатори за Партија 1. Лабораторијски дигестори морају да испуњавају битне захтеве правилника о електромагнетској компатибилности (Службени гласник РС 25/2016 и 21/2020)

Доказ: Важећа копија Декларације о усаглашености за понуђене моделе вентилатора сачињена на српском језику. Изузетно, за апарате који се увозе у Републику Србију, уколико декларација о усаглашености није сачињена на српском језику, доставити њен превод на српски језик. Превод може бити сачињен и на документу понуђача, који садржи меморандум потпис и печат понуђача.

• Да ли то значи да је неопходно да дигестори буду усаглашени по стандарду EN-61010-1 и вентилатори по AMCA 210-85 and 180 5801?

Ukoliko ponuđač dostavi dokaz da proizvođač poseduje ove standarde, da li i dalje ostajete pri zahtevu da je potrebna Декларације о усаглашености за понуђене моделе вентилатора?

ПАРТИЈА 1 I 2:

Навели сте следеће у опису радне површине:

-radna površina od monolitne kiselootporne keramike sa uzdignutim ivicama; debljina ploče 25mm, ivice 7mm, ukupno 32 mm; karaktereistike keramike:

• Колика одступања од тражених димензија су могућа?

По траженим димензијама, само један произвођач може понудити производ, чиме смањујете могућност добијања одговарајућих понуда у складу са Законом о јавним набавкама.

ПАРТИЈА 5. Аутоклав са ниским нивоом опасности

• Да ли је потребно понудити додатне корпе и колико комада?

ПАРТИЈА 6. Лабораторијски инкубатор са хлађењем

• Да ли је потребно понудити додатне полице и колико комада?

ПАРТИЈА 7. Лабораторијски инкубатор

• Да ли је потребно понудити додатне полице и колико комада?

Захваљујемо,

Срдачан поздрав

ОДГОВОРИ:

Одговор 1.

За партију 1 Лабораторијски дигестори: Наручилац остаје при захтеву да понуђачи морају у складу са Правилником о електромагнетској компатибилности (Службени гласник РС 25/2016 и 21/2020) да доставе Важећу копију Декларације о усаглашености за понуђене моделе вентилатора сачињену на српском језику. Изузетно, за апарате који се увозе у Републику Србију, уколико декларација о усаглашености није сачињена на српском језику, доставити њен превод на српски језик. Превод може бити сачињен и на документу понуђача, који садржи меморандум потпис и печат понуђача.

Одговор 2. Техничком грешком у спецификацију није унето одступање у дебљини плоче монолитне киселоотпорне керамике. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и биће продужен рок за подношење понуда.

Одговор 3.

За партију 5. Аутоклав са ниским нивоом опасности: Техничком спецификацијом је предвиђено да је неопходно испоручити минимум две корпе од нерђајућег челика.

Одговор 4.

За партију 6. Лабораторијски инкубатор са хлађењем: Техничком спецификацијом је предвиђено да је неопходно испоручити минимум четири полице

Одговор 5.

За партију 7. Лабораторијски инкубатор Техничком спецификацијом је предвиђено да је неопходно испоручити минимум две хромиране полице

председник комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Биљана Љубеновић



члана комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

др Зоран Богојевић

замена члана комисије за јавну набавку ЈН 9/2020

Владан Савић