

Институт за јавно здравље Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 50
Број:
Датум:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Бр. 07-2962
04. 09. 2020 год.
НИШ, Булевар др Зорана Ђинђића 50

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку добара- **Опreme за рад у лабораторијама** за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2020. годину, са предлогом за доделу уговора, бр. 07-2917 од 01.09.2020. године ВД директора Института за јавно здравље Ниш доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН бр. 9/2020 партије од 1-9**

I

1. Уговори се додељују следећим понуђачима који су поднели прихватљиве понуде:

Редни бр./заводни бр. понуде	Назив изабраног понуђача	Партија за коју се додељује уговор и уговорена вредност
12. 07-2636	„PROANALYTICA“ Д.О.О. Булевар уметности 27, 11070 Нови Београд, ПИБ 100164032	1. 3.885.000,00 динара без пдв-а
11. 07-2631	„SHIMADZU“ Д.О.О., Милутина Миланковића 23, 11000 Београд, ПИБ 108872663	2. 11.077.000,00 динара без пдв-а
13. 07-2637	„DSP CHROMATOGRAPHY“ Милутина Миланковића 120Г, 11070 Нови Београд ПИБ 100135044	3. 333.928,02 динара без пдв-а
3. 07-2574	Заједничка понуда групе понуђача SONECOMP“ Д.О.О. Светогорска 22/IV, 11000 Београд ПИБ 100159726 и „ВИМС-ЕЛЕКТРИК“ Д.О.О. Тршић, Лозница, Јована Цвијића 2, ПИБ 105585554	4. 93.474,00 динара без пдв-а
9. 07-2626	„VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880	5. 1.240.000,00 динара без пдв-а
7. 07-2621	Заједничка понуда групе понуђача „ЛАБЕНА“ Д.О.О. Бул. Зорана Ђинђића 123Г, 11070 Београд, ПИБ: 107403789 и „LAB UNICA“ Д.О.О., Ступска бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина П.бр. 4201782720007	6. 182.999,99 динара без пдв-а
8. 07-2625	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	7. 833.236,00 динара без пдв-а 8. 386.952,00 динара без пдв-а
4. 07-2610	„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988	9. 360.360,00 динара без пдв-а

II

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Института за јавно здравље Ниш у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је 30.06.2020. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке (ЈН бр. 9/2020 партије 1-9), број 07-2170, за јавну набавку добара **Опreme за рад у лабораторијама**. Позив за подношење понуда објављен је на интернет сајту Института за јавно здравље Ниш, на Порталу јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа 30.06.2020. године. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде 14 понуђача.

Након истека рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуда а након тога и стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1. Врста предмета јавне набавке:

Добра	х
Услуге	
Радови	

2. Подаци о јавној набавци из Плана набавки:

- 1) **Набавка се води под редним бројем: 1.1.10** набавка добара
- 2) **Средства су обезбеђена на конту: 512000** у финансијском плану Института за јавно здравље Ниш
- 3) **Предмет јавне набавке:** Опreme за рад у лабораторијама

Општи речник набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара),
33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу

4) Редни број јавне набавке 9/2020

Сprovedен је отворени поступак јавне набавке у складу са планом набавки за 2020. годину са процењеном вредности набавке од 24.274.000,00 динара без ПДВ-а. Процењена вредност по партијама износи:

Редни број	Назив партије	Процењена вредност
1.	Лабораторијски дигестори	5.000.000,00 динара без ПДВ-а
2.	Гасни хроматограф	14.500.000,00 динара без ПДВ-а
3.	Вакум пумпа одговарајућа за апарат „GCMS Agilent technologies“	350.000,00 динара без ПДВ-а
4.	Вакум пумпа за мембран филтрацију	130.000,00 динара без ПДВ-а
5.	Аутоклав са ниским нивоом опасности	1.750.000,00 динара без ПДВ-а
6.	Лабораторијски инкубатор са хлађењем	300.000,00 динара без ПДВ-а
7.	Лабораторијски инкубатор	1.200.000,00 динара без ПДВ-а
8.	Лабораторијски стерилизатор	600.000,00 динара без ПДВ-а
9.	Пипете	444.000,00 динара без ПДВ-а

3. У року одређеном за достављање понуда на адресу наручиоца пристигле су понуде четрнаест понуђача:

Редни бр. /заводни бр.	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
1. 07-2466 и допуна 07-2489	“ЛАБОРАТОРИЈА” ДОО, Београд, Славка Ћурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ100221293	28.07.2020 30.07.2020	10:00 10:10
2. 07-2573	„ANALYSIS“ ДОО, Гандијева 76а-локал 4, 11070 Нови Београд, ПИБ 100429024	04.08.2020	11:00

3. 07-2574	Заједничка понуда групе понуђача SONECOMP Д.О.О. Светогорска 22/IV, 11000 Београд ПИБ 100159726 и „ВИМС-ЕЛЕКТРИК“ Д.О.О. Тршић, Лозница, Јована Цвијића 2, ПИБ 105585554	04.08.2020	11:00
4. 07-2610	„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988	06.08.2020	10:30
5. 07-2611	„САРТОМЕД“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25б локал 44, 11070 Нови Београд, ПИБ 108671688	06.08.2020	11:20
6. 07-2612	„ХЕМТЕК ЛАБ“ Д.О.О., Десет авијатичара 2а, 11050 Београд, ПИБ 100297637	06.08.2020	11:20
7. 07-2621	Заједничка понуда групе понуђача „ЛАБЕНА“ Д.О.О. Бул. Зорана Ђинђића 123г, 11070 Београд, ПИБ: 107403789 и „LAV UNICA“ Д.О.О., Ступска бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина П.бр. 4201782720007	07.08.2020	08:55
8. 07-2625	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	07.08.2020	11:00
9. 07-2626	„VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880	07.08.2020	11:00
10. 07-2627	„ПРОМЕДИА“ Д.О.О. Краља Петра Првог 114, 23300 Кикинда ПИБ 100579471	07.08.2020	11:00
11. 07-2631	„SHIMADZU“ Д.О.О., Милутина Миланковића 23, 11000 Београд, ПИБ 108872663	10.08.2020	08:35
12. 07-2636	„PROANALYTICA“ Д.О.О. Булевар уметности 27, 11070 Нови Београд, ПИБ 100164032	10.08.2020	09:35
13. 07-2637	„DSP CHROMATOGRAPHY“ Милутина Миланковића 120Г, 11070 Нови Београд ПИБ 100135044	10.08.2020	09:40
14. 07-2638	„КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	10.08.2020	09:45

Неблаговремене понуде: Није било

Комисија за јавну набавку отворила је понуде 10.08.2020. године и о томе сачинила одговарајући записник.

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1. Понуда понуђача „ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО, Београд, Славка Ћурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ 100221293 као неприхватљива за партију 1. Лабораторијски дигестори због прекорачења процењене вредности која износи 5.000.000,00 без ПДВ-а, а понуда понуђача износи 5.321.927,00 динара без ПДВ-а.

2. Понуда понуђача „ANALYSIS“ ДОО, Гандијева 76а, 11070 Нови Београд, ПИБ 100429024 као неприхватљива за партију 2 Гасни хроматограф због битних недостатка понуде у складу са чланом 106. ЗЈН. Понуда понуђача „ANALYSIS“ ДОО, Гандијева 76а-локал 4, 11070 Нови Београд, ПИБ 100429024 не садржи средство обезбеђења за озбиљност понуде, копију сертификата ISO 9001 за понуђача и произвођача опреме која се нуди, каталог за понуђено добро, образац потврде референце, као ни техничку спецификацију за понуђено добро. Понуда понуђача је преко процењене вредности која износи 14.500.000,00 динара без ПДВ-а. Понуда понуђача за предметну партију износи 30.562.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Понуда понуђача „САРТОМЕД“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25б локал 44, 11070 Нови Београд, ПИБ 108671688 као неприхватљива за партију 2 Гасни хроматограф због битних недостатка понуде у складу са чланом 106. ЗЈН. Понуда понуђача „САРТОМЕД“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25б локал 44, 11070 Нови Београд, ПИБ 108671688 не садржи средство обезбеђења за озбиљност понуде, копију сертификата ISO 9001 за понуђача и произвођача опреме која се нуди, образац потврде референце, овлашћење произвођача као ни попуњен образац техничке спецификације за понуђено добро. Понуда

понуђача је преко процењене вредности која износи 14.500.000,00 динара без ПДВ-а Понуда понуђача за предметну партију износи 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Понуда понуђача „DSP CHROMATOGRAPHY“ Милутина Миланковића 120Г, 11070 Нови Београд ПИБ 100135044 као неприхватљива за партију 2 Гасни хроматограф због прекорачења процењене вредности која износи 14.500.000,00 без ПДВ-а, а понуда понуђача износи 15.874.272,00 динара без ПДВ-а.

5. Понуда понуђача “ЛАБОРАТОРИЈА” ДОО, Београд, Славка Ђурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ100221293 као неприхватљива за партију 6. Лабораторијски инкубатор са хлађењем због прекорачења процењене вредности која износи 300.000,00 без ПДВ-а, а понуда понуђача износи 427.479,05 динара без ПДВ-а.

6. Заједничка понуда групе понуђача понуђача SONECOMP” Д.О.О. Светогорска 22/IV, 11000 Београд ПИБ 100159726 и „ВИМС-ЕЛЕКТРИК“ Д.О.О. Тршић, Лозница, Јована Цвијића 2, ПИБ 105585554 као неприхватљива за партију 6. Лабораторијски инкубатор са хлађењем због прекорачења процењене вредности која износи 300.000,00 без ПДВ-а, а понуда понуђача износи 396.900,00 динара без ПДВ-а.

7. Понуда понуђача „СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498 као неприхватљива за партију 6. Лабораторијски инкубатор са хлађењем због прекорачења процењене вредности која износи 300.000,00 без ПДВ-а, а понуда понуђача износи 509.995,00 динара без ПДВ-а.

8. Понуда понуђача “ЛАБОРАТОРИЈА” ДОО, Београд, Славка Ђурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ100221293 за партију 7 Лабораторијски инкубатор одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број 231-20-07-15 од 02-15.7.2020. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијски инкубатор има запремину минимум 160 литара, док понуђено добро које је понудио понуђач “ЛАБОРАТОРИЈА” ДОО, има запремину 155 литара. Понуда понуђача за партију број 7 Лабораторијски инкубатор износи 798.396,00 динара без ПДВ-а.

9. Заједничка понуда групе понуђача понуђача SONECOMP” Д.О.О. Светогорска 22/IV, 11000 Београд ПИБ 100159726 и „ВИМС-ЕЛЕКТРИК“ Д.О.О. Тршић, Лозница, Јована Цвијића 2, ПИБ 105585554 као неприхватљива за партију 7. Лабораторијски инкубатор због прекорачења процењене вредности која износи 1.200.000,00 без ПДВ-а, а понуда понуђача износи 1.347.840,00 динара без ПДВ-а.

10. Понуда понуђача “ЛАБОРАТОРИЈА” ДОО, Београд, Славка Ђурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ100221293 за партију 8 Лабораторијски стерилизатор одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број 228-20-07-15 од 02-15.7.2020. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијски стерилизатор има запремину минимум 160 литара, док понуђено добро које је понудио понуђач “ЛАБОРАТОРИЈА” ДОО, има запремину 150 литара. Понуда понуђача за партију број 8 Лабораторијски инкубатор износи 364.980,00 динара без ПДВ-а.

11. Заједничка понуда групе понуђача „ЛАБЕНА“ Д.О.О. Бул. Зорана Ђинђића 123г, 11070 Београд, ПИБ: 107403789 и „LAV UNICA“ Д.О.О., Ступска бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина П.бр. 4201782720007 за партију 9 Пипете одбијена је као неприхватљива. Понуђена добра под редним бројевима 1, 5, 6 и 8 у понуди број 252-1020 од 03.8.2020. године не испуњавају захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђена добра пипете задовољавају запремин, тачност и прецизност на минималним и максималним волуменима.

За добро под редним бројем 1 Аутоматска пипета варијабилна 0,5-10ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 2,5\%$ или боља, док понуђено добро које је понудила група понуђача ЛАБЕНА“ Д.О.О. и „LAV UNICA“ Д.О.О.има тачност на минималном волумену $\pm 4,0\%$.

За добро под редним бројем 1 Аутоматска пипета варијабилна 0,5-10ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је прецизност на минималном волумену $\pm 2,0\%$ или боља, док понуђено добро које је

понудила група понуђача ЛАБЕНА“ Д.О.О. и „LAB UNICA“ Д.О.О.има прецизност на минималном волумену $\pm 2,8\%$.

За добро под редним бројем 5 Аутоматска пипета варијабилна 100-1000ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 1,5\%$ или боља, док понуђено добро које је понудила група понуђача ЛАБЕНА“ Д.О.О. и „LAB UNICA“ Д.О.О.има тачност на минималном волумену $\pm 1,6\%$.

За добро под редним бројем 6 Аутоматска пипета варијабилна 1000-10000ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 2,0\%$ или боља, док понуђено добро које је понудила група понуђача ЛАБЕНА“ Д.О.О. и „LAB UNICA“ Д.О.О.има тачност на минималном волумену $\pm 2,5\%$.

За добро под редним бројем 8 Аутоматска пипета варијабилна 10-100ul, осмоканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је запремина пипете 10-100ul, док понуђено добро које је понудила група понуђача ЛАБЕНА“ Д.О.О. и „LAB UNICA“ Д.О.О.има запремину 20-200ul.

Понуда понуђача за партију број 9 Пипете износи 320.999,81 динара без ПДВ-а.

12. Понуда понуђача “ПРОМЕДИА” Д.О.О. Краља Петра Првог 114, 23300 Кикинда ПИБ 100579471 за партију 9 Пипете одбијена је као неприхватљива. Понуђена добра под редним бројевима 2, 4, 5 и 6 у понуди број 437/20 од 03.8.2020. године не испуњавају захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђена добра пипете задовољавају тачност и прецизност на минималним и максималним волуменима.

За добро под редним бројем 2 Аутоматска пипета варијабилна 2-20ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 3,0\%$ или боља, док понуђено добро које је понудио понуђач „ПРОМЕДИА” Д.О.О., има тачност на минималном волумену $\pm 5,0\%$.

За добро под редним бројем 4 Аутоматска пипета варијабилна 20-200ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 1,8\%$ или боља, док понуђено добро које је понудио понуђач „ПРОМЕДИА” Д.О.О., има тачност на минималном волумену $\pm 2,5\%$.

За добро под редним бројем 5 Аутоматска пипета варијабилна 100-1000ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 1,5\%$ или боља, док понуђено добро које је понудио понуђач „ПРОМЕДИА” Д.О.О., има тачност на минималном волумену $\pm 2,0\%$.

За добро под редним бројем 5 Аутоматска пипета варијабилна 100-1000ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на максималном волумену $\pm 0,6\%$ или боља, док понуђено добро које је понудио понуђач „ПРОМЕДИА” Д.О.О., има тачност на максималном волумену $\pm 0,8\%$.

За добро под редним бројем 6 Аутоматска пипета варијабилна 1000-10000ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на минималном волумену $\pm 2,0\%$ или боља, док понуђено добро које је понудио понуђач „ПРОМЕДИА” Д.О.О., има тачност на минималном волумену $\pm 3,0\%$.

За добро под редним бројем 6 Аутоматска пипета варијабилна 1000-10000ul, једноканална, аутоклавибилна до 121°C захтевана је тачност на максималном волумену $\pm 0,5\%$ или боља, док понуђено добро које је понудио понуђач „ПРОМЕДИА” Д.О.О., има тачност на максималном волумену $\pm 0,6\%$.

Понуда понуђача за партију број 9 Пипете износи 270.000,00 динара без ПДВ-а.

5. На основу прегледа документације и оцене понуда понуђача по критеријуму најнижа понуђена цена

Комисија за јавну набавку израдила је ранг листу прихватљивих понуда и предложила је Наручиоцу да додели уговоре о јавној набавци следећим понуђачима:

ПАРТИЈА			Понуђач	Понуђена цена	Најповољнији понуђач
P. Br.	Partija 1. Laboratorijski digestori Naziv i karakteristike	Količina	1. “PROANALYTICA” Д.О.О. Булевар уметности 27, 11070 Нови Београд, ПИБ 100164032	3.885.000,00 дин. без ПДВ-а	“PROANALYTICA” Д.О.О. Булевар уметности 27, 11070 Нови Београд, ПИБ 100164032
1.	Laboratorijski digestor širine 1500x850x2250mm (širina x dubina x visina)+/-50mm sa sigurnosnim ormanom za korozivne materije	2 komada			
2.	Laboratorijski digestor širine 1500x850x2250mm (širina x dubina x visina)+/-50mm	3 komad			
3.	Laboratorijski digestor širine 1800x850x2250mm (širina x dubina x visina)+/-50mm	1 komad			
			2. „КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	4.987.000,00 дин. без ПДВ-а	

ПАРТИЈА			Понуђач	Понуђена цена	Најповољнији понуђач
R. Br.	Partija 2. Gasni hromatograf Naziv i karakteristike	Količina	1., SHIMADZU“ Д.О.О., Милутина Миланковића 23, 11000 Београд, ПИБ108872663	11.077.000,00 дин. без ПДВ-а	„SHIMADZU“ Д.О.О., Милутина Миланковића 23, 11000 Београд, ПИБ108872663
1.	Gasni hromatograf sa MS-MS detektorom	1 komad sa zahtevanim potrošnim materijalom			
R. Br.	Partija 3. Vakum pumpa odgovarajuća za aparat GCMS Agilent technologies Naziv i karakteristike	Količina	1., DSP CHROMATOGRAPHY“ Милутина Миланковића 120Г, 11070 Нови Београд ПИБ 100135044	333.928,02 дин. без ПДВ-а	„DSP CHROMATOGRAPHY“ Милутина Миланковића 120Г, 11070 Нови Београд ПИБ 100135044
1.	Vakum pumpa odgovarajuća za aparat GCMS Agilent technologies	1 kom			
R. Br.	Partija 4. Vakum pumpa za membran filtraciju Naziv i karakteristike	Količina	1. Заједничка понуда групе понуђача SONECOMP“ Д.О.О. Светогорска 22/IV, 11000 Београд ПИБ 100159726 и „ВИМС-ЕЛЕКТРИК“ Д.О.О. Тршић, Лозница, Јована Свијића 2, ПИБ 105585554	93.474,00 дин. без ПДВ-а	Заједничка понуда групе понуђача SONECOMP“ Д.О.О. Светогорска 22/IV, 11000 Београд ПИБ 100159726 и „ВИМС-ЕЛЕКТРИК“ Д.О.О. Тршић, Лозница, Јована Свијића 2, ПИБ 105585554
1.	Bezuljna vakum pumpa	2 kom	2. „ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО, Београд, Славка Ђурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ100221293	102.706,32 дин. без ПДВ-а	
R. Br.	Partija 5. Autoklav sa niskim nivoom opasnosti Naziv i karakteristike	Količina	1., VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ100134880	1.240.000,00 дин. без ПДВ-а	„VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ100134880
1.	Autoklav sa niskim nivoom opasnosti	2 kom	2., КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	1.290.000,00 дин. без ПДВ-а	
			3. „ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО, Београд, Славка Ђурувије 47-А3, 11000 Београд ПИБ100221293	1.404.000,00 дин. без ПДВ-а	
R. Br.	Partija 6. Laboratorijski inkubator sa hlađenjem Naziv i karakteristike	Količina	1. Заједничка понуда групе понуђача „ЛАБЕНА“ Д.О.О. Бул. Зорана Ђинђића 123г, 11070 Београд, ПИБ: 107403789 и „LAV UNICA“ Д.О.О., Ступска бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина П.бр. 4201782720007	182.999,99 дин. без ПДВ-а	Заједничка понуда групе понуђача „ЛАБЕНА“ Д.О.О. Бул. Зорана Ђинђића 123г, 11070 Београд, ПИБ: 107403789 и „LAV UNICA“ Д.О.О., Ступска бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина П.бр. 4201782720007
1.	Laboratorijski inkubator sa hlađenjem	1 kom	2., VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ100134880	235.000,00 дин. без ПДВ-а	
			3., КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	290.300,00 дин. без ПДВ-а	
R. Br.	Partija 7. Laboratorijski inkubator Naziv i karakteristike	Količina	1., СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	833.236,00 дин. без ПДВ-а	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498
1.	Laboratorijski inkubator sa prirodnim strujanjem vazduha	4 kom	2. Заједничка понуда групе понуђача „ЛАБЕНА“ Д.О.О. Бул.	877.999,96 дин. без ПДВ-а	

ПАРТИЈА			Понуђач	Понуђена цена	Најповољнији понуђач
			Зорана Ђинђића 123г, 11070 Београд, ПИБ: 107403789 и „LAV UNICA“ Д.О.О., Ступска бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина П.бр. 4201782720007		
			3.,„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988	950.600,00 дин. без ПДВ-а	
			4.,„КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	1.157.600,00 дин. без ПДВ-а	
			5.,„VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ100134880	1.192.000,00 дин. без ПДВ-а	
			1.,„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	386.952,00 дин. без ПДВ-а	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498
R. Br.	Partija 8. Laboratorijski sterilizator Naziv i karakteristike	Količina	2.,„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988	421.020,00 дин. без ПДВ-а	
1.	Laboratorijski sterilizator	2 kom	3.,„КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	597.400,00 дин. без ПДВ-а	
R. Br.	Partija 9. Pipete Naziv i karakteristike	Količina	1.,„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988	360.360,00 дин. без ПДВ-а	„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988
1.	Automatska pipeta varijabilna 0,5-10ul, jednokanalna, autoklavibilna do 121°C, -tačnost na minimalnom volumenu ±2,5% ili bolja -tačnost na maksimalnom volumenu ±1,0% ili bolja -preciznost na minimalnom volumenu ±2,0% ili bolja -preciznost na maksimalnom volumenu ±0,8% ili bolja	2kom	2.,„КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	360.700,00 дин. без ПДВ-а	
2.	Automatska pipeta varijabilna 2-20ul, jednokanalna, autoklavibilna do 121°C, -tačnost na minimalnom volumenu ±3,0% ili bolja -tačnost na maksimalnom volumenu ±1,0% ili bolja -preciznost na minimalnom volumenu ±2,5% ili bolja -preciznost na maksimalnom volumenu ±0,5% ili bolja	2kom	3.,„VICOR“ Д.О.О. Булевар маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ100134880	387.000,00 дин. без ПДВ-а	
3.	Automatska pipeta varijabilna 10-100ul, jednokanalna, autoklavibilna do 121°C, -tačnost na minimalnom volumenu ±3,0% ili bolja -tačnost na maksimalnom volumenu ±0,8% ili bolja -preciznost na minimalnom volumenu ±1,0% ili bolja -preciznost na maksimalnom volumenu ±0,2% ili bolja	2kom	4.,„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	417.400,00 дин. без ПДВ-а	
4.	Automatska pipeta varijabilna 20-200ul, jednokanalna, autoklavibilna do 121°C, -tačnost na minimalnom volumenu ±1,8% ili bolja -tačnost na maksimalnom volumenu ±0,6% ili bolja -preciznost na minimalnom volumenu ±0,7% ili bolja -preciznost na maksimalnom volumenu ±0,2% ili bolja	2kom			
5.	Automatska pipeta varijabilna 100-1000ul, jednokanalna, autoklavibilna do 121°C, -tačnost na minimalnom volumenu ±1,5% ili bolja -tačnost na maksimalnom volumenu ±0,6% ili bolja -preciznost na minimalnom volumenu ±0,6% ili bolja -preciznost na maksimalnom volumenu ±0,2% ili bolja	5 kom			

ПАРТИЈА			Понуђач	Понуђена цена	Најповољнији понуђач
	-preciznost na minimalnom volumenu $\pm 0,8\%$ ili bolja -preciznost na maksimalnom volumenu $\pm 0,2\%$ ili bolja				
7.	Stalak za automatske varijabilne pipete sa minimum 5 mesta, odgovarajući ponudnim pipetama na pozicijama 1-6 iz predmetne partije	2kom			
8.	Automatska pipeta varijabilna 10-100ul, osmokalna, autoklavibilna do 121°C, Tačnost na minimalnom volumenu $\pm 5,00\%$ Tačnost na maksimalnom volumenu $\pm 1,30\%$ Preciznost na minimalnom volumenu $\pm 2,0\%$ Preciznost na maksimalnom volumenu $\pm 0,5\%$	1 kom			

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном леку:

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права, а копију истовремено доставити Републичкој комисији у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Израдио: Марко Стојановић, службеник за јавне набавке

Контролисао: Мара Крстић, дипломирани правник

Институт за јавно здравље Ниш

ВД Директора

проф. др Миодраг Стојановић

