



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански факс 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ћинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-3217

Датум: 17.07.2015

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара Лабораторијског посуђа од стакла редни број ЈН 16/2015 за потребе Институт за јавно здравље Ниш за 2015. годину, у отвореном поступку јавне набавке.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 16.07.2015. године, упућеног електронском поштом у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani,

Molimo vas za dodatnim pojašnjenjem u vezi sa sledećim stavkama JN16/2015:

Partija 2- Stavka 7- molimo da precizirate mililitražu boce kapalice.
- Stavka 8- da li je prihvatljivo ponuditi posudu za vatu dimenzija 250x250?

Partija 4- Stavka 4- kivete od 250mm se ne proizvode. Da li možete da nam izadete u susret i kažete za koji aparat se koriste?

Partija 7- Stavka 1- da li su potrebne birete od 10ml po Pelletu ili Schellbahu?

Partija 14- Stavke od 3 do 7- da li mislite na obične staklene trbušaste pipete?

Поштовани,

Достављамо следећи одговор:

1. Партија 2.-Ставка 7 Боца капалица, светла од 100мл са пипетом (трећа измењена конкурсна документација)
Ставка 8 Прихватљиво је понудити за вату димензија 250x250
2. Партија 4 – Ставка 4 Кивете –цеви са равним дном дужине 250мм се користе за Хеллиге компараторе, визуелне колориметријске методе, рецимо одређивање садржаја амонијака. Један од произвођача је Ловибонд.
3. Партија 7.-Ставка 1. Потребно је понудити бирете 10 мл, тип није од пресудног значаја сви су прихватљиви.
4. Партија 14.-Ставке од 3-7 За ставке 3,5,6,7,се мисли на обичне стаклене трбушасте пипете, ставка 4 је Пипете градуисана 5 мл(трећа измењена конкурсна документација)

Срдачан поздрав,

Председник Комисије за јавну набавку ЈН 16/2015

Дејан Николић

