



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000-Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 05-3016

Датум: 04.07.2015.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку добара **Стакленог лабораторијског посуђа и прибора** редни број ЈН 16/2015 за потребе Институт за јавно здравље Ниш за 2015. годину, у отвореном поступку јавне набавке.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 02.07.2015. године, упућеног електронском поштом у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani,

Zamolila bih Vas da odgovorite na zahtev za dodatnim informacijama dokumentacije JN br. 16/2015.

Pitanje 1. Zamolila bih Vas da pojasnite sta podrazumevate pod sertifikatom proizvođača, (koji treba da imaju sva ponudjena dobra, osim obelezenih sa X) da li mislite na stranicu iz kataloga?

Partija 1.

Stavka 12. Da li mislite na solju sa okruglim ili ravnim dnom?

Partija 2.

Stavka 7. Koja zapremina boce kabalice, da li mislite na tamnu ili svetlu, sa kljunom ili pipetom?

Stavka 8. Da li je odgovarajuće ponuditi posudu za vatu 200x200mm?

Stavka 9. Staklene perle koji dia?

Partija 8.

Stavka 2. Zamolila bih Vas da date neki katalogski broj i da bolje definisete da li se radi o bireti od 10ml i plasticnoj boci koje zapremine.

Stavka 4. Da li je odgovarajuće ponuditi Butirometar za pavlaku od 0-40%?

Partija 14.

Stavka 7 i 8. Sta podrazumevate pod transfer pipetama, jel mislite na pipette graduisane?

S poštovanjem”

Поштовани,

Достављамо следеће одговоре:

1. У овом делу је конкурсна документација већ измењена и објављена на Порталу јавних набавки и на нашем интернет сајту и сада гласи „Спецификације произвођача о квалитету понуђених добара или било који документ издат од стране произвођача на основу кога се може утврдити да су понуђена добра

минимум Б класе, осим за добра означена са (х) у поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Конкурсне документације.

2. Партија 1 ставка 12. Биће прихваћена шоља и са округлим и са равним дном. Ова карактеристика није од пресудног значаја.
3. Партија 2 ставка 7. Потребно је понудити светлу боцу од 100мл са пипетом. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.
4. Партија 2 ставка 8 Одговарајуће је понудити посуду за вату 200мм x 200мм. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.
5. Потребно је понудити стаклене перле пречника 5мм. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и измењена.
6. Партија 8 ставка 2. Потребно је понудити „Бирете по Пелету од 10 мл са резолуцијом бирете 0.05мл и пластичном боцом од 1л“
7. Партија 8 ставка 4. Није одговарајуће понудити Бутирометар за павлаку од 0-40%?
8. Партија 14 ставке 7. и 8. У овом делу је Конкурсна документација већ исправљена и допуњена и објављена на порталу и интернет страници наручиоца и потребно је понудити

7.	Pipete 25 ml, trbušasta
8.	Pipete graduisana 20 ml

Срдачан поздрав,

Заменик Председника
Комисије за јавну набавку ЈНМВ 16/2015

Биљана Љубеновић

