



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-5033

Датум: 16. 12. 2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара **Опreme за рад у лабораторијама** редни број ЈНМВ 22/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 16.12.2016. године у 09:55 сати, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 16.12.2016. године у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani ,

Molimo Vas, odgovorite na sledeća pitanja:

1. Traženo je da se dostave katalogi sa prevodom na srpski jezik. Da li je odgovarajuće dostaviti kataloge na engleskom jeziku i osnovne tražene tehničke karakteristike na srpskom jeziku na memorandumu ponuđača?

2. **Partija 3** - Vakuum aspirator sistem za aspiraciju supernatanta Traženo je da kućište bude otporno na dejstvo UV lampe laminarne komore.

Da li je odgovarajuće ponuditi uz uređaj anti UV zaštitnu navlaku, koja će štititi uređaj od UV zraka kada on nije u funkciji, s obzirom na to da tokom rada, zbog zaštite operatera, UV lampica ni ne može biti uključena ?

3. **Partija 4** - UV sterilizacioni kabinet - „PCR box" za jedno radno mesto

Traženo je da UV sterilizacioni kabinet poseduje dimenziju širine $450\text{mm} \pm 10\%$. Molimo Vas da pojasnite da li je došlo do greške prilikom navođenja ove dimenzije širine od $450\text{mm} \pm 10\%$. Da li je odgovarajuće ponuditi UV sterilizacioni kabinet unutrašnjih dimenzija (širina x dubina x visina): $622 \times 508 \times 600 \text{ mm}$?

3. **Partija 5** - autoklav

Traženo je podesivo vreme sterilizacije u opsegu 3-60 min. Da li je odgovarajuće ponuditi autoklav šireg opsega podešavanja 3-180 min?

4. **Partija 7** - Spektrofotometar UV-VIS

Da li su navedene minimalne tehničke karakteristike i da li je prihvatljivo ponuditi uređaj sa boljim karakteristikama, kako sledi:

Traženo je da je ponovljivost talasnih dužina 0.3nm , da li je odgovarajuće ponuditi uređaj čija je ponovljivost talasnih dužina 0.2nm ?

Traženo je da je fotometrijska tačnost $\pm 0.5\% T$, da li je odgovarajuće ponuditi uređaj čija je fotometrijska tačnost $\pm 0.2\% T$?

Traženo je da je fotometrijska ponovljivost $0.3\% T$, da li je odgovarajuće ponuditi uređaj čija je fotometrijska ponovljivost $0.2\% T$?

Traženo je da je rasipanje svetlosti $< 0.1\% T$, da li je odgovarajuće ponuditi uređaj čije je rasipanje svetlosti $0.05\% T$?

S poštovanjem,

Поштовани,

Достављамо следеће одговоре:

1. Одговарајуће је доставити каталоге на енглеском језику и основне тражене техничке карактеристике на српском језику на меморандуму понуђача, потписане и оверене од стране понуђача. У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за подношење понуда.

2. Одговарајуће је понудити уз уређај анти UV заштитну навлаку, која ће штитити уређај од UV зрака када он није у функцији. У овом делу ће конкурсна документација бити допуњена и биће продужен рок за подношење понуда

3. Није дошло до грешке приликом навођења димензије. Није одговарајуће понудити UV стерилизациони кабинет унутрашњих димензија (ширина x дубина x висина): 622 x 508 x 600 мм

4. Како добро које нудите има шири опсег подешавања т.ј. обухвата и захтевани опсег од 3-60 минута одговарајуће понудити аутоклав ширег опсега подешавања 3-180 мин.

5. Прихватљиво је понудити уређај са бољим карактеристикама

Одговарајуће је понудити уређај чија је поновљивост таласних дужина 0.2nm?

Одговарајуће је понудити уређај чија је фотометријска тачност $\pm 0.2\%$ T?

Одговарајуће је понудити уређај чија је фотометријска поновљивост 0.2% T?

Одговарајуће је понудити уређај чије је расипање светлости 0.05% T?

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈНМВ 22/2016 Владан Савић

