



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ћинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-5022

Датум: 16.12.2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара **Опreme** за рад у лабораторијама редни број ЈНМВ 22/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 16.12.2016. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 16.12.2016. године у коме се поставља следеће питање:

„Poštovani ,

Molimo vas da nam pojasnite tražene tehničke karakteristike za partiju 5 – Autoklav. Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj sa opsegom podešavanja temperature od 110 do 123°C?

Molim Vas da potvrdite prijem ovog e-maila.

Unapred se zahvaljujemo.

Srdačan pozdrav.

Поштовани,

Достављамо следећи одговор:

Због потребе стерилизације и на нижој температури од 110°C није прихватљиво понудити уређај са опсегом подешавања температуре од 110 до 123°C

Неопходно је понудити Аутоклав са ниским нивоом опасности 2 комада са подесивом температуром стерилизације од 100°C до минимум 130°C

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈНМВ 22/2016

Владан Савић

