



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански факс 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4456

Датум: 21.10.2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 16/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 21.10.2016. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 21.10.2016. године у 08:49 сати у коме се постављају следећа питања:

„PREDMET: Zahtev za dodatno pojašnjenje

Poštovani,

u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN, ovim putem zahtevamo sledeća dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije za JN 16/2016:

Partija 15, stavke 4 i 5- kese za uzorkovanje

Konkursnom dokumentacijom predmet javne nabavke za partiju 15, stavka 4 je definisan kao "Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, bez polja za pisanje zapremine **450ml-500ml**," a predmet javne nabavke za partiju 15 stavka 5 kao "Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, bez polja za pisanje zapremine **1300ml-1400ml**". Odgovorom na zahtev za dodatno pojašnjenje od 17.10.2016. godine ste naveli i da ponuda sterilnih kesa zapremine 540 ml (za stavku 4) odnosno 1627 ml (za stavku 5) neće biti prihvaćena kao odgovarajuća.

U vezi sa navedenim, molimo Vas da još jednom razmotrite dimenzije zahtevanih kesa imajući u vidu da se kese **zapremine 540, odnosno 1627 ml standardne i uobičajene** i da su u svim prethodnim postupcima javnih nabavki, kako Vašim, tako i u nabavkama drugih naručilaca, nabavljane kese tih zapremina, i da se, prema našim saznanjima, veoma lako može dogoditi da u slučaju da tehnička dokumentacija ostane nepromenjena naručilac ne dobije nijednu odgovarajuću i prihvatljivu ponudu.

Partija 1, stavka 4- nastavci

Plastični nastavci neutral za automatski pipetor dugi 250mm, 1-10ml graduisani.

Prema našem razumevanju tehničkih detalja, konkursna dokumentacija u ovom delu nije dovoljno jasna i precizna, pa Vas molimo vas da navedete tip pipetora za koji su vam potrebni ovi nastavci ili kataloški broj nastavaka koje koristite, uz dodavanje zakonom predviđene odrednice "ili odgovarajuće" kako bi ponuđači bili u mogućnosti da sačine odgovarajuću ponudu. Ovom prilikom Vas takođe podsećamo da je standardna dimenzija uobičajenih nastavaka za automatsku pipetu/pipetor od 10 ml kod većine svetkih proizvođača 150 mm.

S poštovanjem"

Достављамо следеће одговоре:

1.Ови путем желимо да се извинимо свим потенцијалним понуђачима на грешци коју је начинила Комисија за предметну јавну набавку. Наиме због лошег т.ј двоструког обележавања амбалаже у којој су нам испоручивана добра у претходном периоду дошло је до грешке приликом формулисања запремина за ставке 4 и 5 из партије 15.

Те стога желимо да преиначимо претходно појашњење везано за наведена добра и дајемо следећи одговор:

За партију 15 – Стерилне врећице за узорковање, прихватљиво је понудити за ставку 4 кесу запремине 540мл и за ставку 5 кесу запремине 1627 мл.

У овом делу ће конкурсна документација бити измењена и биће продужен рок за отварање понуда.

2. За партију 1. ставка 4 Потребно је понудити “Plastične nastavke neutral za automatski pipetor dugi 250mm, 1-10ml graduisani”, у раду користимо једноканалну аутоматску варијабилну пипету.

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈН 16/2016

Биљана Љубеновић

