



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4293

Датум: 28.10.2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 16/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 26.10.2016. године 15:43, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 27.10.2016. године у 08:00 сати у коме се поставља следеће питање:

„ Poštovani,

u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN, preduzeće Vicor d.o.o. oovim putem zahteva sledeća dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije za JN 16/2016:

Partija 15, stavka 2- kese za uzorkovanje

Konkursnom dokumentacijom predmet javne nabavke za partiju 15, stavka 2 je definisan kao “ Sterilna vrećica za uzorkovanje, zatvorena sa obe strane, perforiran vrh i ojačana plastičnom trakom sa krilcima, **samostojeća**, sa poljem za pisanje, sa dodatim Na tiosulfatom, zapremina **300-350ml**“

U vezi sa navedenim, molimo Vas da još jednom razmotrite dimenzije/ zapremine zahtevanih kesa imajući u vidu da se -

SAMOSTOJEĆE, odnosno STAND UP kese izrađuju u zapreminama 100ml i 500ml , dok se obične (NE-SAMOSTOJEĆE) kese sa natrijum tiosulfatom izrađuju u zapreminama 100ml i 300 ml.

Molim vas da pojasnite kese navedenih karakteristika sa Na tiosulfatom ,da li su vam potrebne:

SAMOSTOJEĆE kese zapremine **500 ml** ili

Obične (NE-SAMOSTOJEĆE) kese zapremine **300 ml**.

Kao i u prethodnom slučaju u ovoj partiji radi se o standardima kod ovih artikala pa se veoma lako može dogoditi da u slučaju da tehnička dokumentacija ostane nepromenjena naručilac ne dobije nijednu odgovarajuću i prihvatljivu ponudu.

S poštovanjem”

Достављамо следећи одговор:

1. Поштовани, истраживањем тржишта комисија за предметну јавну набавку је увидом у каталоге на сајтовима произвођача предметних добара, те добијеним одговорима на упите од потенцијалних понуђача као и увидом у спроведене поступке јавних набавки у претходном периоду утврдила да се на тржишту могу набавити захтевана предметна добра „Стерилна врећица за узорковање, затворена са обе стране, перфориран врх и ојачана пластичном траком са крилима, самостојећа, са пољем за писање, са додатим На тиосулфатом, запремина 300-350мл”.

У складу са горе наведеним у поступку јавне набавке добара Потрошног медицинског материјала и лабораторијског посуђа од пластике, редни број ЈН 16/2016 за партију 15 ставка 2 потребно је понудити „Стерилна врећица за узорковање, затворена са обе стране, перфориран врх и ојачана пластичном траком са крилцима, самостојећа, са пољем за писање, са додатим На тиосулфатом, запремина 300-350мл”.

Срдачан поздрав

Председник комисије за јавну набавку ЈН 16/2016

Биљана Љубеновић

