



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4453

Датум: 10.11.2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Опреме за рад у лабораторијама, редни број ЈН 17/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 09.11.2016. године у 15:53, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 10.11.2016. године у 08:00 сати у коме се постављају следећа питања:

„Poštovani,

Molimo Vas za dodatna tehnička pojašnjenja za dole navedene partije:

PARTIJA BR.3

Stavka br.1 – Da li je prihvatljivo ponuditi dispenser opsega od 5-50ml?

Stavka br.3 – Da li je prihvatljivo ponuditi dispenser opsega od 0.5-5ml?

PARTIJA BR.4

Stavka br.7 – Da li je prihvatljivo ponuditi pipete opsega od 0.5-5ml?

Stavka br.8 – Da li je prihvatljivo ponuditi pipete opsega od 1-10ml?

PARTIJA 5

Stavka br.1 – Da li je prihvatljivo ponuditi termometar opsega od -20+50C?

Molimo da potvrdite prijem email-a.

Srdačan pozdrav,

Достављамо следеће одговоре:

1. ПАРТИЈА БР.3

А) У партији 3 за ставку 1 Диспензор 1-50мл или 5-50мл или 10-50мл –прихватљиво понудити диспензор опсега од 5-50мл?

Б) У партији 3 за ставку 3 Диспензор 1-5мл прихватљиво је понудити диспензор већег опсега од захтеваног те је стога прихватљиво понудити и диспензер опсега од 0.5-5мл.

2. ПАРТИЈА БР.4

А) У партији 4 за ставку 7 Пипета варијабилна 1-5мл, једноканалне, аутоклавибилне прихватљиво је понудити пипету већег опсега од захтеваног те је стога прихватљиво понудити и пипету у распону од 0.5-5мл једноканалну аутоклавибилну.

Б) У партији 4 за ставку 8 Пипета варијабилна 2-10мл, једноканалне, аутоклавибилне прихватљиво је понудити пипету већег опсега од захтеваног те је стога прихватљиво понудити и пипету у распону 1-10 мл, једноканалну аутоклавибилну.

3. ПАРТИЈА 5

А) У партији 5 за ставку 1 Пластични алкохолни термометри прихватљиво је понудити термометар опсега од -20+50C?

Срдачан поздрав,

Члан комисије за јавну набавку ЈН 17/2016



Марко Стојановић