



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-4508

Датум: 16. 11. 2016

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Опреме за рад у лабораторијама, редни број ЈН 17/2016 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2016-2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 16.11.2016. године у 09:28, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 16.11.2016. године у 09:28 сати у коме се поставља следеће питање:

„Poštovani,

U cilju pripreme što bolje ponude za Partiju 9. potrebna mi je informacija vezana za ID kolone, kako bi ponudili odgovarajuće ferule.

Unapred se zahvaljujem!


Достављамо следећи одговор:

1. За партију бр 9-феруле за „Agilent“ добро под редним бројем 1 Одговарајуће феруле за „6890N Agilent Tech sa Mass selective detektor 5975C“, као и за партију бр 8-феруле за „Shimadzu“ за добро под редним бројем 1 Одговарајуће феруле за „Shimadzu GC-2010 plus“ одговарајуће је понудити феруле које одговарају колонама из партије бр. 7 dobro pod rednim 2 „kolone za gasni sa 5% fenil i 95%dimetilpolisiloksanom-MS, 0.25mm, debljina faze 0.5mikrona i dužina 30 m“.

Конкурсна документација ће у овом делу бити допуњена и биће продужен рок за подношење понуда

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈН 17/2016



Биљана Љубеновић