

Институт за јавно здравље Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 50
Број:
Датум:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ
Бр. 07-4
03.01.2018 год.
НИШ, Булевар др Зорана Ђинђића 50

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку добара- Опреме за рад у лабораторијама за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2017.-2018. годину, са предлогом за доделу уговора, бр. 07-2 од 03.01.2017. године Директор Института за јавно здравље Ниш доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ бр. 19/2017**

I

1. Уговори се додељују:

Редни бр./заводни бр. понуде	Назив изабраног понуђача	Партија за коју се додељује уговор и уговорена вредност
3. 07-1799	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	2. 370.700,00 динара без ПДВ-а
4. 07-1800	„VICOR“ Д.О.О. Бул. Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ100134880	3. 725.760,00 динара без ПДВ-а

II

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Института за јавно здравље Ниш у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је 08.12.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности (ЈН бр. 19/2017), број 07-1584 за јавну набавку добара Опреме за рад у лабораторијама. Позив за подношење понуда објављен је на интернет сајту Института за јавно здравље Ниш и на Порталу јавних набавки 13.12.2017. године

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде 6 понуђача.

Након протекла рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је приступила отварању понуда а након тога и стручној оцени понуда., Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1. Врста предмета јавне набавке:

Добра	x
Услуге	
Радови	

2. Подаци о јавној набавци из Плана набавки:

- 1) **Набавка се води под редним бројем: 1.1.16**, набавка добара
- 2) **Средства су обезбеђена на конту: 512000** у финансијском плану Института за јавно здравље Ниш
- 3) **Предмет јавне набавке:** Опрема за рад у лабораторијама

Општи речник набавке 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара), 33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу, 39000000 - Намештај (укључујући канцеларијски), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете)

Редни број јавне набавке ЈНМВ 19/2017

3. Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности са процењеном вредности набавке од 3.975.000,00 динара без ПДВ-а. Процењена вредност по партијама износи:

Редни бр.	Назив партије	Процењена вредност у динарима без ПДВ-а
1	Лабораторијска сушница	460.000,00
2	Лабораторијски инкубатор	565.000,00
3	Аутоклав са ниским нивоом опасности	760.000,00
4	Лабораторијски замрзивач	2.190.000,00

4. У року одређеном за достављање понуда на адресу наручиоца пристигле су понуде шест понуђача:

Редни бр./заводни бр.	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
1. 07-1797	„АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988	21.12.2017	08:27
2. 07-1798	„DONAU LAB“ Д.О.О., Карађорђева 15/2, 11080 Београд, Земун, ПИБ 100039069	21.12.2017	10:45
3. 07-1799	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	21.12.2017	10:45
4. 07-1800	„VICOR“ Д.О.О. Бул. Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880	21.12.2017	10:45
5. 07-1805	„КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072	21.12.2017	13:30
6. 07-1812	„TPS TECHNOMED“ Д.О.О., Маршала Толбухина 3, 11030 Београд, ПИБ 101832761	22.12.2017	08:38

Комисија за јавну набавку отворила је понуде 22.12.2017. године и о томе сачинила одговарајући записник.

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1. Понуда понуђача „СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498 за партију 1 Лабораторијска сушница одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број П17-299814 од 18.12.2017. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијска сушница има потрошњу на 150° С максимално 180 Wh/h, док понуђено добро које је понудио понуђач „СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., има потрошњу на 150° С 355 Wh/h. Понуда понуђача за партију број 1 Лабораторијска сушница износи 295.855,00 динара без ПДВ-а.

2. Понуда понуђача „VICOR“ Д.О.О. Бул. Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880 за партију 1 Лабораторијска сушница одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број 2353-17 од 20.12.2017. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијска сушница има потрошњу на 150° С максимално 180 Wh/h, док понуђено добро које је понудио понуђач „VICOR“ Д.О.О., има потрошњу на 150° С 355 Wh/h. Понуда понуђача за партију број 1 Лабораторијска сушница износи 437.760,00 динара без ПДВ-а.

3. Понуда понуђача „КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072 за партију 1 Лабораторијска сушница одбијена је као неприхватљива. Из приложене документације у понуди број 17/506-01 од 20.12.2017. године комисија за јавну набавку ЈН 19/2017 није могла да утврди потрошњу понуђеног добра на 150° С, већ само потрошњу при максималном оптерећењу. У складу са чланом 93. став 1. наручилац је захтевао додатно објашњење од понуђача (бр.07-1883 од 25.12.2017) које би му помогло

прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Понуђач је 27.12.2017. године доставио појашњење број 27-19/2017 из кога комисија такође није могла да утврди тражени податак о потрошњи на 150° С. Понуда понуђача за партију број 1 Лабораторијска сушница износи 292.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Понуда понуђача „КЕФО“ Д.О.О., Бачка 1У, 11080 Београд, ПИБ 105046072 за партију 2 Лабораторијски инкубатор 2 комада одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број 17/506-02 од 20.12.2017. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијски инкубатор има опсег температуре од 5° С изнад амбијенталне до 100° С, док понуђено добро има опсег од 5° С изнад амбијенталне до +80° С. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијски инкубатор има запремину минимум 110л, док понуђено добро има 108л. Из приложене документације у понуди број 17/506-02 од 20.12.2017. године комисија за јавну набавку ЈН 19/2017 није могла да утврди потрошњу понуђеног добра на 37° С, (захтевана је максимално 25 W/h већ само потрошњу при максималном оптерећењу Понуда понуђача за партију број 2 Лабораторијски инкубатор износи 354.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Понуда понуђача „TPS TECHNOMED“ Д.О.О., Маршала Толбухина 3, 11030 Београд, ПИБ 101832761 за партију 2 Лабораторијски инкубатор 2 комада одбијена је као неприхватљива због битних недостатака понуде у складу са чланом 107 став 1. тачка 5. Понуда понуђача „TPS TECHNOMED“ Д.О.О. број 201211/рв од 20.12.2017. године не садржи образац понуде са подацима о цени, условима плаћања, роком испоруке, року важења понуде и гарантним роком, те није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда понуђача за партију број 2 Лабораторијски инкубатор износи 333.960,00 динара без ПДВ-а.

6. Понуда понуђача „АЛФАМЕД“ Д.О.О., Љубомира Стојановића 3, 11108 Београд, ПИБ 100209988 за партију 4 Лабораторијски замрзивач одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број 1066-28/17 од 20.12.2017. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијски замрзивач има дупла врата за складиштење најчешће коришћених узорака у горњој комори док дугорочно складиште остаје нетакнуто на дну, док понуђено добро које је понудио понуђач АЛФАМЕД“ Д.О.О., има само једна спољна врата, што је утврђено из достављеног каталога. Понуда понуђача за партију број 4 Лабораторијски замрзивач износи 2.090.000,00 динара без ПДВ-а.

7. Понуда понуђача „TPS TECHNOMED“ Д.О.О., Маршала Толбухина 3, 11030 Београд, ПИБ 101832761 за партију 4 Лабораторијски замрзивач одбијена је као неприхватљива. Понуђено добро у понуди број 201212/рв од 20.12.2017. године не испуњава захтеване техничке карактеристике. Техничком спецификацијом у конкурсној документацији је захтевано да понуђено добро лабораторијски замрзивач има дупла врата за складиштење најчешће коришћених узорака у горњој комори док дугорочно складиште остаје нетакнуто на дну, док понуђено добро које је понудио понуђач „TPS TECHNOMED“ Д.О.О., има само једна спољна врата, што је утврђено из достављеног каталога. Понуда понуђача за партију број 4 Лабораторијски замрзивач износи 992.200,00 динара без ПДВ-а

5. На основу прегледа документације и оцене понуда понуђача по критеријуму најнижа понуђена цена Комисија за јавну набавку сачинила је:

6. Ранг листу понуђача ЈНМВ бр.19/2017:

ПАРТИЈА			Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Најповољнији понуђач
1.	Партија 1- Лабораторијска сушница	1 комад	Нису испуњени услови за доделу уговора.		
	-Запремина унутрашња минимум 255л са природним струјањем ваздуха				

ПАРТИЈА		Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Најповољнији понуђач	
	<ul style="list-style-type: none">-Опсег температуре од 5 °C до 300 °C-Контролер са "LCD" екраном-Независна контрола температуре класе 2 (DIN 12880) са визуелним алармом;-Електронски контролисано предзагревање коморе ради бољих резултата-минимум 2 полице хромиране-Време загревања до 150°C за максимално 50 мин-Потрошња на 150 °C максимално 180 Wh/h-USB порт за пренос података-Обезбеђена инсталација, обука за рад, сервисирање опреме и резервни делови.- Гарантни рок минимум 24 месеца				
2.	Партија 2- Лабораторијски инкубатор	2 комада	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498	370.700,00 динара	„СУПЕРЛАБ“ Д.О.О., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд ПИБ 101822498
	<ul style="list-style-type: none">-Запремина минимум 110 л, природно струјање ваздуха-Електронски контролисано предзагревање коморе ради бољих резултата-Опсег температуре од 5 °C изнад амбијенталне до 100 °C-Дигитално подешавање температуре са прецизношћу 0,1°-Независна контрола температуре класе 3.1 (DIN 12880) са визуелним алармом- минимум 2 хромиране полице-Време загревања до 37 °C, максимално 55 мин-Потрошња на 37 °C, максимално 25 W/h-Унутрашња стаклена врата-USB порт за пренос података-Софтвер-Обезбеђена инсталација, обука за рад, сервисирање опреме, и резервни делови.- Гарантни рок минимум 24 месеца-Уверење о тестирању (доставља се приликом испоруке апарата)		„DONAU LAB“ Д.О.О., Карађорђево 15/2, 11080 Београд, Земун, ПИБ 100039069	433.395,00 динара	
			„VICOR“ Д.О.О. Бул. Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880	541.440,00 динара	
3.	Партија 3- Аутоклав са ниским нивоом опасности	1 комад	„VICOR“ Д.О.О. Бул. Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880	725.760,00 динара	„VICOR“ Д.О.О. Бул. Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд, ПИБ 100134880
	Намена <ul style="list-style-type: none">-Стерилизација хранљивих подлога, течности, стакала, метала, пластике и деконтаминација инфективног отпадног материјала. Карактеристике <ul style="list-style-type: none">-Корисна запремина минимум 75 литара-Електронска контрола стерилизације-Подесива температура стерилизације од 100°C до минимум 130°C-Производ запремине и максималног радног притиска не сме бити већи од 199,9-Минимум 5 радних програма-Обавезани програми: -програм за				

ПАРТИЈА		Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Најповољнији понуђач
	<p>стерилизацију течности</p> <p>-програм за агар</p> <p>-Подесиво време стерилизације у опсегу од 3 мин - 180 мин</p> <p>-Аналогни манометар</p> <p>-Команде за повећавање и смањивање задатих вредности стерилизације (програмирање)</p> <p>- Дисплеј са приказом параметара за време трајања циклуса стерилизације</p> <p>-Потрошња електричне енергије максимално 5 kW/h</p> <p>-Напајање 220-240 V</p> <p>-Уз аутоклав је неопходно испоручити минимум две корпе од нерђајућег челика</p> <p>Безбедност:</p> <p>-Заштита од прекомерног притиска (сигурносни вентил)</p> <p>-Заштита од прекомерне температуре</p> <p>-Заштита од струјног удара</p> <p>-Аларм грешке у процесу стерилизације</p> <p>-Закључавање врата док је комора под притиском</p> <p>-Сигнализација отворених врата</p> <p>- Гарантни рок минимум 24 месеца</p>			
4.	<p>Партија 4- Лабораторијски замрзивач</p> <p>Карактеристике:</p> <p>-Замрзивач усправни (<i>Ultra Low Zmarzivač</i>) са могућношћу замрзавања узорака од -50°C до -86°C</p> <p>- Капацитет 600-660L</p> <p>-Обавезан садржај полица за смештање кутија са епруветама од 2мл, капацитета до 40.000 епрувета, садржај до 400 боксова</p> <p>-Централизован систем за информације смештен у нивоу ока (укључује систем контроле и праћења микропроцесора); све контроле и приказивачи морају бити доступни и да се лако читају.</p> <p>-Побољшана контрола температуре и повећан резервни капацитет „BTUH” због стабилније температуре узорка</p> <p>-Јединствена дупла врата за складиштење најчешће коришћених узорака у горњој комори док дугорочно складиште остаје нетакнуто на дну.</p> <p>-Могућност руковања једном руком, лак за коришћење, компатибилан са катанцем, ергономска ручка на вратима са интегрисаном бравом</p> <p>-Опциона CO₂ или LN₂ подршка: Избор CO₂ или LN₂ помоћни системи за подршку као додатна заштита узорка у</p>	1 комад	Нису испуњени услови за доделу уговора	

ПАРТИЈА	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Најповољнији понуђач
<p>случају струјног или механичког квара</p> <ul style="list-style-type: none"> -Опционо архивирање графикана: Уграђена опција снимања графикана се може инсталирати у нивоу очију -Садржи NE-CFC хладњаке -Двојне стезалке за закључавање точкова -Да поседује аутоматски компензатор волтаже (одговара на високе и ниске волтаже) -Да поседује вентили за лако сервисирање и допуну расхладних средстава - Проток ваздуха од напред ка назад кроз заменски филтер ваздуха који се лако чисти - Да поседује батерија за аларм код система праћења -Због веће отпорности површине боја у праху - Гарантни рок минимум 24 месеца <p>Конструкција:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Унутрашњост од нерђајућег челика -Безбедност приступа: KeyLock, Padlock Standard - Изолација полиуретанска минимум 5" (127мм) -Врата заптивена на минимум три места због продужавања времена стабилности приликом отварања -Робустан, тежак мерач, кабинети од хладно ваљаног челика отпорни на ломљење и рђу -1" (25мм) портови за приступ: Да омогући сигурно коришћење непроцењивих сонди и инструмената -Четворо унутрашњих врата због смањења губитка и враћања температуре након отварања 			


Неблаговремених понуда није било.

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном леку:

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права, а копију истовремено доставити Републичкој комисији у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Израдио: Стојановић Марко, службеник за јавне набавке



Институт за јавно здравље Ниш

ВД Директора